

製品自主回収について

エステームボディ®（消化管用）

販売店各位・ご使用者様各位

コンバテック社は、エステームボディ®（消化管用）の特定ロットにおいて、排出口上部外周圧着部の製造上のばらつきにより、使用中に漏れが発生する可能性があることを確認いたしました。

そのため、本製品を自主回収することといたしました。

図1 対象製品



*図1-製造上のばらつきが生じる可能性のある排出口部。

注文番号	製品名	ロット番号
423653	エステームボディ®（消化管用）3.5 mm 透明 カスタムカット	5K01728
423661	エステームボディ®（消化管用）7mm 窓付 プレカット 35 mm	5K05141

流通状況：2025年11月～2026年1月に対象製品が出荷

リスク評価：社内の健康危険性評価の結果、本製造不具合は一部の使用者で排泄物の漏れによる軽度の皮膚刺激を引き起こす可能性があるかと判断しました。重篤性は低いと考えられ、これまでに有害事象の報告はありません。